


# 簡易操作手順書

機種名: システム7500/7550



④対極板の種類を選択。  
(PADボタン)  
デュアルタイプの場合  
Monitor Setボタンを押す

②電源スイッチをONに  
してください。

①アクティブ附属品を  
本体に接続

③対極板コネクタを  
対極板接続端子に接続してください。

注) アクティブ附属品を使用しない時は  
常に安全で絶縁された場所に置き、患者の上に置かないでください。